

Nové informácie pre prevádzkovateľov solárií a pre verejnosť

Upozorňujeme prevádzkovateľov solárií a verejnosť, že na základe nového odborného usmernenia, vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, hlavného hygienika Slovenskej republiky, platného od 16.04.2012, platí nová **STN EN 60335-2-27** Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na elektrické spotrebiče s ultrafialovým a infračerveným žiarením, určené na ošetrovanie pokožky (ďalej len „STN EN 60335-2-27“), ako aj postup orgánov verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru v týchto prevádzkach.

Pri uvedení nových priestorov solárií do prevádzky v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), orgán verejného zdravotníctva bude od prevádzkovateľov žiadať o.i. predloženie technickej dokumentácie k zariadeniam solárií a dokumentáciu k trubiciam.

Pri uvádzaní nových priestorov solárií do prevádzky bude potrebné každú prevádzku solária schváliť do skúšobnej prevádzky na dobu max. 6 mesiacov. Počas skúšobnej prevádzky bude potrebné zabezpečiť meranie UV žiarenia na posudzovanom pracovisku v zmysle § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. vykonaných organizáciou, ktorá spĺňa podmienky podľa § 16 zákona č. 355/2007 Z.z. Výsledky meraní pred uvedením pracoviska do trvalej prevádzky bude potrebné predložiť na posúdenie. V súčasnosti uvedené meranie na základe objednávky v rámci Slovenskej republiky zabezpečí Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava.

S nadobudnutím účinnosti normy STN EN 60335-2-27 od 1. marca 2011 sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, pričom spotrebiče s UV žiaričmi **nesmú** vysielat' žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou presahujúcou limit $0,3 \text{ W/m}^2$. Pretože výsledky meraní opakovane dokazujú prekročovanie povoleného limitu, napriek údajom deklarovanými výrobcami, je potrebné z hľadiska ochrany verejného zdravia zabezpečiť vyššie uvedené meranie. Na základe merania sú v protokole vypočítané prípustné časy používania solária podľa jednotlivých typov pokožky.

V štádiu prípravy je aj novela vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. v nadväznosti na platnosť novej normy STN EN 60335-2-27.